Mobiele toestellen van Ascom reinigen en desinfecteren

Gebruikershandleiding





Mobiele toestellen van Ascom zijn, anders dan mobiele toestellen voor consumenten, speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik in onder andere de zorg, productie, zakelijke dienstverlening en retail. Omgevingen waarin hoge eisen aan apparatuur worden gesteld.

Onze toestellen zijn getest met verschillende reinigings- en desinfectiemiddelen. Hieronder vindt u een overzicht van goedgekeurde middelen die de toestellen niet beschadigen en geschikt zijn voor gebruik binnen strenge reinigingsprotocollen.

Bestendigheid tegen chemicaliën

Reiniging en desinfectie voor Ascom handsets 914T/914D, a71, a72, i63, d43, d63, d83, Myco 3, Myco 4.

De verschillende Ascom toestellen hebben verschillende beschermingsklassen tegen water, IP-klassen. Stel een toestel daarom nooit bloot aan meer vloeistof dan volgens de betreffende IP-classificatie is toegestaan.

Voor desinfectie moet de afstandsbediening worden gereinigd van vuil en biomassa met een doek die is bevochtigd met een milde zeepoplossing.

Voor de chemische bestendigheid zijn twee verschillende testmethoden gebruikt: één met vloeibare middelen en één met reinigingsdoekjes.

Reinigings-instructies

1. Reinig eerst uw handen, voordat u het toestel schoonmaakt.
2. U kunt een vloeibaar desinfectiemiddel of reinigingsdoekjes gebruiken. Gebruik geen reinigings- of desinfectiemiddelen die huidverzorgende of bijtende bestanddelen bevatten.
3. Verwijder vóór het desinfecteren eerst vuil met een doek die is bevochtigd met een milde zeepoplossing.

Vloeibare desinfectieoplossing

Breng het vloeibare desinfectiemiddel voorzichtig aan met een niet-schurende doek. Wrijf niet te hard of te lang over het toestel, omdat dit het oppervlak kan beschadigen. Hoewel het toestel bestand is tegen de gebruikte middelen, kunnen er tijdens het gebruik stoffen in of op het oppervlak terechtkomen, bijvoorbeeld door huidvocht, cosmetica of voedsel.

Deze stoffen kunnen het oppervlak zachter maken, waardoor het gevoeliger wordt voor slijtage door wrijving.
Gebruik daarom geen reinigings- of desinfectiemiddelen die huidverzorgende en/of bijtende bestanddelen bevatten.
Voor het desinfecteren van Ascom-toestellen kunnen de volgende vloeibare middelen worden gebruikt.

Vloeibare desinfectieoplossing	914T 914D	A71/A51 AMIE/CHAT	A72/ CHAT2	d43 DH6	d62/d63 DH7/WH2	Myco 3 SH2	d83 DH8	Myco 4 Slim
Ethanol 85% Sporadische desinfectie	X	X	X	X	X	X	X	X
Ethanol 85% Dagelijkse desinfectie	X	X	X		X	X**	X	X
Methanol 85% Dagelijkse desinfectie							X	
Natriumhypochloriet 5% Dagelijkse desinfectie		X						
Zoutzuur, 3% Sporadische desinfectie		X	X				X	X
Virkon S 1% Dagelijkse desinfectie	X	X		X	X	X		
Perasafe Lanxess						X		
Actichlor Plus 0,1% chloor Dagelijkse desinfectie					X	X		
Aseptic ($H_2 O_2$) Dagelijkse desinfectie				X	X	X		
Chloorhexidine 0,5 mg/ml Sporadisch contact		X	X	X	X	X	X	X
Chloorhexidine 0,5 mg/ml Dagelijkse desinfectie					X	X		X
Isopropyl/isopropanol 85% Dagelijkse desinfectie	X	X			X**	X**	X	
Dagelijkse desinfectie Plus (isopropanol 30-45%) Dagelijkse desinfectie	X	X			X	X**		
Lifeclean desinfectie van oppervlakken						X		

x*, Modellen van de d61/i62 die vóór 6 februari 2013 zijn geproduceerd, kunnen beschadigd raken bij langdurig en veelvuldig contact met 85% ethanol. Dit komt door de oudere uitvoering van het beschermvenster van het display.

x**, De logosticker op de clip van het toestel kan loslaten. Verder treedt er geen cosmetische of fysieke schade op.

Actichlor Plus, Chloorhexidine en Virkon S hebben een licht corrosief effect en moeten voorzichtig worden gebruikt, vooral op telefoons met een lagere IP-beschermingsklasse.

Verschillende desinfectiefrequenties:
- **Dagelijkse desinfectie:** Maximaal vijf desinfectiebeurten per dag gedurende de levensduur van het product.
- **Incidentele desinfectie:** Eén desinfectiebeurt per week gedurende de levensduur van het product.

De mate waarin de telefoon moet worden gereinigd, hangt af van de voorkeuren van de gebruiker. Toestellen hebben ook moeilijk bereikbare plekken. Om deze goed te kunnen reinigen, kan het nodig zijn om bijvoorbeeld klepjes of afdekkingen te verwijderderen. Het eindresultaat is sterk afhankelijk van de eigen procedures van de gebruiker, waarvoor Ascom geen verantwoordelijkheid kan nemen.

Reinigingsdoekjes

Gebruik de vooraf bevochtigde reinigingsdoekjes voorzichtig om het desinfectiemiddel aan te brengen. Wrijf niet te hard of te lang over het toestel, omdat dit het oppervlak kan beschadigen. Hoewel het toestel bestand is tegen het gebruikte middel, kunnen er tijdens het gebruik stoffen in of op het oppervlak terechtkomen, bijvoorbeeld door huidvocht, cosmetica of voedsel. Deze stoffen kunnen het oppervlak zachter maken, waardoor het gevoeliger wordt voor slijtage door wrijving. Gebruik daarom geen reinigings- of desinfectiemiddelen die huidverzorgende en/of bijtende bestanddelen bevatten. Voor het desinfecteren van Ascom-toestellen kunnen de volgende reinigingsdoekjes worden gebruikt:

Reinigingsdoekjes	914T 914D	A71/A51 AMIE/CHAT	A72/ CHAT2	d43 DH6	d62/d63 DH7/WH2	Myco 3 SH2	d83 DH8	Myco 4 Slim
PDI Super Sani-Cloth (paars)					X	X		X
PDI Sani-Cloth Plus (rood)					X			
PDI Sani-Cloth bleekmiddel (oranje)					X	X		
PDI Sani-Cloth HB (groen/blauwachtig)					X			
PDI Sani-Cloth AF3 (grijs)					X	X		
PDI Sani-Cloth AF (wit)					X			
Certol Prospray					X			
Clorox waterstofperoxide (groen)					X			
Clorox desinfectiedoekjes					X	X		
CaviWipes en CaviWipes XL					X	X		
Cal Tech Dispatch (met bleekmiddel)					X			
Tuffie 5 universele desinfectiedoekjes						X		X
Clinell Universal doekjes					X	X		X
ECOLAB Incidin OxyWipe-S (vervangt Aseptix H_2 O_2)						X		
Hartmann, Bacillol AF						X**		
Hartmann, Bacillol 30						X**		
Hartmann, Bacillol 30 Gevoelige weefsels						X**		
Hartmann, Bacillol 30 gevoelig schuim						X**		
Dimond doekjes International, Handy Clean Steridol doekjes					X	X		
Wipeclean, chloordesinfectie					X			
Natte doek, Triamine-desinfectie					X	X		X

x**, De sticker Logotype op de handsetklem komt los. Er doet zich geen andere cosmetische of fysieke schade voor.

Reinigingsdoekjes	914T 914D	A71/A51 AMIE/CHAT	A72/ CHAT2	d43 DH6	d62/d63 DH7/WH2	Myco 3 SH2	d83 DH8	Myco 4 Slim
Sanimed, Sanisafe 70% IPA						X		
Wipeclean, alcoholvrije desinfectie						X		
Diversey, Oxivir Excel-doekje						X		
Natte doek, desinfectie met ethanol 70%						X		X
Adoekje, ethanol, oppervlaktereiniging en desinfectie						X		
Mikrozid Sensitive doekjes van Schuelke						X		
Saniswiss H_2 O_2-versterkte bio-ontsmettingsmiddel S1						X		X
Oxivir TB doekjes					X	X		X
Wetwipe universeel								X
Vloeibare doek, chloordesinfectie + reinigingsmiddel								X
Kiilto Pro Oppervlaktedesinfectie 75% - Wipes	X	X			X**	X**	X	
Aseptische neutrale doekjes (van Ecolab)					X			
Clinell Surface perazijnzuurdoekjes								X

x**, De sticker Logotype op de handsetklem komt los. Er doet zich geen andere cosmetische of fysieke schade voor.

Verschillende reinigingsfrequenties:

- **Dagelijkse desinfectie:** Tot vijf desinfectieprocessen per dag gedurende de levensduur van het product.
- **Incidentele desinfectie:** Eén desinfectieproces per week gedurende de levensduur van het product.

De mate waarin de telefoon wordt gereinigd, hangt af van de voorkeuren van de gebruiker. Toestellen hebben ook moeilijk bereikbare plekken. Om deze goed te kunnen reinigen, kan het nodig zijn om bijvoorbeeld klepjes of afdekkingen te verwijderen. Het resultaat is sterk afhankelijk van de eigen procedures van de gebruiker, waarvoor Ascom geen verantwoordelijkheid kan nemen.

ontsmetting

Desinfectie voor Ascom handsets SH2 en SH4.

De verschillende handsets zijn getest met UV-C-licht met behulp van apparatuur van UV Smart, met name het productmodel D25 V2. Het aantal testcycli wordt berekend op basis van het desinfecteren van de afstandsbediening na elke dienst, d.w.z. drie keer per dag, elke dag gedurende vijf jaar. Dat komt neer op ongeveer 5500 testcycli.

Resultaat

Zowel SH2 als SH4 zijn goedgekeurd voor reiniging met UV-C-licht na elke dienst. De UV-C-desinfectie heeft geen invloed op de duurzaamheid of functionaliteit van de handsets. Sommige cosmetische veranderingen kunnen optreden, zoals geel getinte kunststof details.

Ascom (Nederland) B.V.
Orteliuslaan 982
3528 BD Utrecht
Nederland
info.nl@ascom.com
Telefoon: +31 30 240 91 00
www.ascom.com/nl

Over Ascom

Onze visie is een wereld waarin de juiste informatie mensen vooruithelpt. Onze missie is de juiste informatie op het juiste moment in de juiste handen brengen en mensen helpen om de best mogelijke beslissingen te nemen.

Wij zijn een wereldwijde leverancier van kritische communicatieoplossingen. Onze oplossingen zijn gebaseerd op slimme integraties met software en hardware die open source zijn en goed aansluiten met oplossingen van derden. Elke seconde genereren onze systemen grote hoeveelheden data. Die zetten wij om in bruikbare en direct toepasbare informatie. Zo helpen we medewerkers in veeleisende operationele omgevingen om sneller te reageren, beter samen te werken en werkprocessen soepel, volledig en efficiënt te laten verlopen.

Ascom, waarvan het hoofdkantoor in Baar (Zwitserland) is gevestigd, is actief in 19 landen en telt wereldwijd ongeveer 1.400 medewerkers. Ascoms aandelen op naam (ASCN) zijn genoteerd aan de SIX Swiss Exchange in Zürich.

02031-09 NL © Ascom (Nederland) B.V.